



正本



CXHJ-4-JJ094-B/1

检测报告

TEST REPORT

检测编号： CXHJX2206247

检测类别：

委托检测

项目名称：

委托单位：

双乐颜料泰兴市有限公司

泰州市成兴环境检测技术有限公司

TAI ZHOU CHENG XING ENVIRONMENTAL TESTING TECHNOLOGY Co., Ltd.



二零二二年六月十四日

检测报告

委托单位	双丘颜料泰兴市有限公司
------	-------------

SECRET

SECRET

附表 1 检测依据表

序号	标准名称	标准编号	限值
1	水质 苯胺类化合物的测定 气相色谱法	GB 11889-1989	0.05mg/L

附表 2 设备信息一览表

序号	设备名称	规格型号	生产厂家	购置日期
1	气相色谱仪	GC-2010	上海仪电分析仪器有限公司	2023.2.24
2	分光光度计	OPTIMAS300	北京普析通用仪器有限公司	2023.2.24
3	计算机	PC-1800PC	联想集团有限公司	2023.2.14
4	天平	HS42A	上海精密科学仪器有限公司	2023.2.24

果统计表

加标回收率						有证物质	
空白加标			样品加标			检测值 (mg/L)	标准值 (mg/L)
加标样 (个)	回收率 (范围) %	加标样 (个)	回收率(范 围) %	指标 控制%			
/	/	1	98.3	70~120	/	/	/
/	/	/	/	/	1.70	1.79±0.19	
/	/	/	/	/	对 46.6	50.3±5.5	
/	/	/	/	/	间 47.2	50.1±5.5	
/	/	/	/	/	邻 48.6	50.6±5.5	
/	/	/	/	/	1.49	1.46±0.08	
/	/	0-33.3			0-33.3		
